

**PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA
e-mailem - zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl lub faxem - 75 77 22 858**

Zaakceptowano przez członków
komisji przetargowej
dnia 2017-03-15

wyjaśnienia zostały umieszczone na stronie
internetowej www.spzoz.zgorzelec.pl
dnia 2017-03-15



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel./fax: +48 75 77 22 858
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

DZP/52/2017

Zgorzelec 2017-03-15

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE**

dotyczy postępowania: ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO - STACJONARNY APARAT ULTRASONOGRAFICZNY ORAZ RESPIRATORY DO DŁUGOTRWALEJ WENTYLACJI

W związku z zapytaniami jednego z wykonawców dotyczącymi przedmiotowego postępowania, przedstawiam Państwu treść zapytań oraz udzielam następujących wyjaśnień i zmian treści siwz zgodnie z art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz.U. poz. 2164):

Zapytanie wykonawcy i odpowiedzi zamawiającego

1. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 2 (pakiet 1)

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat renomowanego japońskiego producenta wyposażony w panel sterowania z możliwością obrotu oraz regulacją wysokości?

Zamawiający wyraża zgodę.

2. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat renomowanego japońskiego producenta bez podgrzewacza żelu?

Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat renomowanego japońskiego producenta, którego czas uruchamiania do stanu gotowości wynosi 90 sekund?

Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat z monitorem LCD o wielkości matrycy roboczej 17 cali z maksymalizacją pola przeznaczonego na obrazy diagnostyczne?

Dla diagnostyki ważna jest wielkość obrazu diagnostycznego na ekranie a w mniejszym stopniu wielkość samego ekranu.

Zamawiający nie wyraża zgody.

PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA
e-mailem - zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl lub faxem - 75 77 22 858

5. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 29

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat, którego zakres regulacji kąta korekcji w trybie Dopplera Spektralnego (PWD) wynosi +/- 80 stopni?

Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Opis techniczno-jakościowy – pkt. 29

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat renomowanego japońskiego producenta, którego maksymalna szybkość odświeżania obrazu wynosi 40 Hz?

Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Dotyczy Pakietu nr 1 załącznika nr 3 do SIWZ

Według załącznika nr 3 do SIWZ Zamawiający podaje wymaganie min. 55 kHz. Ta wartość w odniesieniu do Volume Rate obrazowania 3D wygląda na pomyłkę drukarską co do jednostki. Prosimy o potwierdzenie, że chodziło o 50 Hz, a nie 50kHz czyli 5000 Hz.

Zamawiający poprawił omyłkę pisarską – wymagany parametr -50 Hz.

8. Dotyczy Karty Kontroli do załącznika nr 3 (pakiet 1)

Załączona karta kontroli dotyczy najczęściej urządzeń medycznych typu EKG, KTG, defibrylatory. Dlatego wnioskujemy o zgodę na złożenie ważnej oferty na Ultrasonograf bez potrzeby uzupełniania wyżej wymienionej karty.

Zamawiający nie wyraża zgody. Kartę kontroli – zgodnie z zapisami SIWZ wykonawca przedkłada zamawiającemu dopiero na etapie dostawy i uruchomienia sprzętu.

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązania – przy zachowaniu pozostałych parametrów wskazanych w siwz.

Na podstawie art. 38 ust 6 ustawy oraz 12 a ust 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający nie przedłuża termin składania ofert.

Z poważaniem

SPECJALISTA
d/s zamówień publicznych
up 04
mgr Aneta Mrygoń

Starszy specjalista d/s
zamówień publicznych
up 04
Agata Gabrielska