



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel./fax: +48 75 77 22 858
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

DZP/108/2017

Zgorzelec 2017-04-21

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

dotyczy postępowania: ODERNIZACJA POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII WS-SPZOZ W ZGORZELCU

W związku z zapytaniami wykonawców dotyczącymi przedmiotowego postępowania, przedstawiam Państwu treść zapytań oraz udzielam następujących wyjaśnień i zmian treści siwz zgodnie z art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz.U. poz. 2164 ze zmianami):

Zapytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego

Dot. Zadania nr 4 – dostawa myjni dezynfektora:

1. *Pkt 5 tabeli z parametrami technicznymi:*

Czy Zamawiający dopuści urządzenia z możliwością ustawienia dezynfekcji termicznej na poziomie $A0=600$ oraz potwierdzoną skutecznością eliminacji Clostridium Difficile ?

Uzasadnienie: Wymagany parametr $A0=3000$ dotyczy dezynfekcji narzędzi chirurgicznych lub jest stosowany przez niektórych wytwórców myjni-dezynfektorów do pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie w celu eliminacji Clostridium Difficile. Norma PN-EN 15883 – 3 określa jedynie wymóg $A0 = 60$.

Nie. Zamawiający wymaga możliwości ustawienia dezynfekcji termicznej na poziomie $A0=3000$

2. *Pkt 6 tabeli z parametrami technicznymi:*

Czy Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor zgodną z normą PN-EN 15883 wyposażoną dwa niezależne czujniki temperatury znajdujące się u góry komory?

Tak. Zamawiający dopuszcza myjnię wyposażoną w dwa niezależne czujniki temperatury znajdujące się u góry komory.

3. *Pkt 7 tabeli z parametrami technicznymi:*

Czy Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor zgodną z komorą myjącą wykonaną ze stali nierdzewnej oraz ze zbiornikiem wody wykonanym z odpornego na działanie środków chemicznych i wysokiej temperatury tworzywa ?

Nie. Zamawiający wymaga aby zbiornik na wodę oraz komora mycia były wykonane ze stali nierdzewnej.

4. *Pkt 10 tabeli z parametrami technicznymi:*

Czy Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor wyposażoną system 11 dysz natryskowych, w tym dwie dysze obrotowe/rotacyjne?

Uzasadnienie: Ilość i rodzaj dysz nie ma przełożenia na efektywność mycia. Każdy producent odpowiada za proces mycia i dezynfekcji w produkowanym urządzeniu. Urządzenie przechodzi szereg testów efektywności mycia, a ilość, rodzaj i wydajność dysz dobierana jest w oparciu o szereg czynników (m.in. konstrukcja komory, wydajność pompy, wydajność dysz itd.).

Tak. Zamawiający dopuszcza myjnię wyposażoną w system 11 dysz natryskowych.

5. *Pkt 11 tabeli z parametrami technicznymi:*

Czy Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor z pompą myjącą o wydajności i mocy dostosowanej do konstrukcji urządzenia, zapewniającej skuteczne mycie i dezynfekcję?

Uzasadnienie: Wydajność i moc pompy powinna zapewniać skuteczne mycie i dezynfekcję. Podane wielkości w żaden sposób nie gwarantują odpowiedniej wydajności systemu.

Nie. Zamawiający wymaga myjni z pompą o parametrach zgodnych z SIWZ.

6. *Pkt. 25, 35, 36 tabeli:*

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych (SxGxW) 450x580x1320mm ?

Uzasadnienie: Podane w specyfikacji przetargowej wymiary opisują precyzyjnie konkretne urządzenie.

Nie. Zamawiający wymaga myjni o wymiarach zewnętrznych zgodnych z SIWZ. Zamawiającego ogranicza dostępna powierzchnia pomieszczenia.

7. *Pkt 20 tabeli z parametrami technicznymi: Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego maksymalny poziom hałasu nieznacznie odbiega od wymaganego i nie przekracza 53 dB?*

Uzasadnienie: Proponowany poziom hałasu nieznacznie odbiega od wymaganego, a różnica jest praktycznie niezauważalna dla użytkownika. Jednocześnie są to wartości dużo niższe niż wymagania ustawowe - zgodnie z wymaganiami ustawy (Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318) poziom hałasu w miejscu pracy to max. 80 dB. Dodatkowo myjnie-dezynfektory do basenów i kaczek zlokalizowane są w osobnych pomieszczeniach (brudownikach), które nie są przewidziane do pracy stałej personelu.

Nie. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia generującego hałas na poziomie 53 dB.

8. **Dotyczy pkt. 6:** *Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w dwa czujniki temperatury umieszczone nie na spodzie komory myjącej? Zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 15883-1 czujniki temperatury powinny być umieszczone w miejscach o najniższej temperaturze, a nie na dole komory myjącej. O ich umiejscowieniu decyduje producent urządzenia w zależności od kształtu komory oraz rozmieszczenia dysz natryskowych. Wymaganie czujników umieszczonych na dole komory jednoznacznie wskazuje na rozwiązanie konkretnego producenta, co stanowi ograniczanie konkurencji i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu.*

Tak. Zamawiający dopuszcza myjnię wyposażoną w dwa niezależne czujniki temperatury umieszczone nie na spodzie komory mycia.

9. **Dotyczy pkt. 9:** *Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie było wyposażone w automatycznie otwierane drzwi komory bez konieczności użycia rąk (np. przy użyciu przycisku nożnego)? Rozwiązanie takie znacznie podnosi komfort i ergonomię obsługi, minimalizując jednocześnie ryzyko rozlania nieczystości w czasie załadunku, a co za tym idzie powstania zakażeń krzyżowych.*

Zamawiający wymaga aby drzwi otwierane i zamykane były ręcznie.

10. **Dotyczy pkt. 11:** *Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w pompę o mocy 0,73W i wydajności 250l/min? Opisana w SIWZ wydajność na poziomie do 90l/min nie gwarantuje uzyskiwania dobrych rezultatów mycia i dezynfekcji. Większość wiodących producentów od dawna oferuje urządzenia wyposażone w pompy obiegowe o wydajności 200-300l/min co pozwala na łatwe czyszczenie nawet zaschniętych zanieczyszczeń.*

Nie. Zamawiający nie dopuszcza myjni z pompą o parametrach wskazanych powyżej.

11. **Dotyczy pkt. 17:** *Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o wymiarach:*

- szerokość 545 mm
- głębokość 475 mm
- wysokość 1.630 mm

Co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ? Podane w p. 17 SIWZ wymiary dokładnie opisują produkt jednego z producentów, co jednoznacznie wskazuje na dany produkt i może stanowić ograniczenie konkurencji, co będzie narażało Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu.

Nie. Zamawiający wymaga myjni o wymiarach zewnętrznych zgodnych z SIWZ. Zamawiającego ogranicza dostępna powierzchnia pomieszczenia

12. **Dotyczy pkt. 20:** *Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię, której maksymalny poziom hałasu wynosi 51dB? Ponieważ myjnie do kaczek i basenów montowane są w osobnych pomieszczeniach (brudownikach) różnica w emitowanym dźwięku na poziomie 1dB nie będzie odczuwalna ani dla pacjentów ani dla personelu Zamawiającego.*

Tak. Zamawiający dopuści urządzenie generującego hałas na poziomie 51 dB.

13. **Dotyczy pkt. 31:** *Ze względu na to, że w większości szpitali dostępna jest twarda lub bardzo twarda woda większość producentów myjni zaleca stosowanie 2 środków chemicznych – myjącego (zasadowy) oraz odkamieniającego/neutralizującego (kwasowy). Czy w związku z tym Zamawiający wymaga by zaoferowane urządzenie było wyposażone w 2 pompy dozujące środki chemiczne?*

Zamawiający nie wymaga aby urządzenie było wyposażone w dwie pompy dozujące środki chemiczne.

14. *Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie posiadało fabrycznie zwalidowany program do mycia i dezynfekcji pozwalający na skuteczną eliminację sporów Clostridium Difficile, co byłoby potwierdzone certyfikatem wystawionym przez niezależną instytucję posiadającą akredytację?*

Nie. Zamawiający nie wymaga aby urządzenie posiadało fabrycznie zwalidowany program do mycia i dezynfekcji pozwalający na eliminację sporów Clostridium Difficile.

Dotyczy Zadania 4, WARUNKI GWARANCJI I SERWISU:

15. **Dotyczy pkt. 5:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę p. 5 Warunków gwarancji i serwisu na: „Czas usunięcia usterki/awarii nie wymagającej wymiany części do 48h w dni robocze”? Pozostawienie zapisu w dotychczasowej formie powoduje, iż usterka zgłoszona np. faxem o godz. 20 w piątek powinna zostać usunięta do godz. 20 w niedzielę, co jest nie wykonalne ze względu na czas pracy oferentów.

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Zamawiający wymaga aby warunek graniczny wynosił 72 h.

16. **Dotyczy pkt. 6:** Czy w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 5 dni roboczych.

Tak. Zamawiający wyraża zgodę aby czas naprawy wynosił max. 5 dni roboczych

17. **Dotyczy pkt. 11:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu p. 11 Warunków gwarancji i serwisu na 14 dni roboczych?

Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga aby czas niezbędny do wykonania przeglądu okresowego lub innych czynności wymienionych w zakresie art. 90 pkt. 4 w ramach gwarancji od momentu zgłoszenia wynosił max. 14 dni kalendarzowych

Na podstawie art. 38 ust 6 ustawy oraz 12 a ust 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający nie przedłuża termin składania ofert.

Z poważaniem

SPECJALISTA
d/s zamówień publicznych
mgr Aneta Mrygoń

Starszy specjalista d/s
zamówień publicznych
z upc
Agata Gabrielska

**PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA
e-mailem - zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl**