



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448  
tel. 571 334 686 fax +48 75 77 50 173  
www.spzoz.zgorzelec.pl  
*Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”*

Numer sprawy 26/ZP/2017  
DZP/295 /2017

Zgorzelec, dnia 28.07.2017r.

### Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów oraz innego sprzętu dla potrzeb pracowni immunologii transfuzjologicznej”.**

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015r. Poz. 2164 ze zmianami) odpowiada na następujące pytania:

#### **PYTANIE 2:**

1. Czy Zamawiający dopuści Komplet do identyfikacji przeciwciał zawierający krwinki o budowie: DccEE, DCwCee, DCCee, dccee, Dccee, dCcee, dccEe, Jk(a+b-), Jk(a-b+), MM, SS, ss, NN, P1, P2, Fy(a-b+), Fy(a+b-), Le(a+b-), Le(a-b+)- zawierający nie mniej niż 10-11 rodzajów krwinek w zestawie o objętości nie mniejszej niż 4 ml każdego rodzaju?

**Odp. Zamawiający dopuści krwinki o wskazanym fenotypie i objętości pod warunkiem, że nie są zawieszane w odczynniku zawierającym enzymy**

*Dotyczy tab. 5 pkt 41.*

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby temperatura przechowywania wszystkich mikrokart wynosiła od 18 do 25 stopni C (temperatura pokojowa) z wyłączeniem mikrokart do oznaczania rzadkich antygenów tj. antygeny P1 oraz antygenów Lewis (Lea, Leb) dla których Zamawiający dopuścił temperaturę od 2 do 8 stopni C (zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 z dn. 27.07.2017)?

**Odp. Zamawiający dopuści by mikrokarty do rzadkich fenotypów tj. Lewis i P1 były przechowywane w temp. 2-8 o C**

Starszy specjalista  
ds. zamówień publicznych  
WS-SP ZOZ w Zgorzelcu  
*[Signature]*  
mgr Aneta Mrygoń

Starszy specjalista  
ds. zamówień publicznych  
WS-SP ZOZ w Zgorzelcu  
*[Signature]*  
mgr inż. Agata Gabrielska

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy
- 2) strona internetowa
- 3) A/a

**PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA e-mail**  
[zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl](mailto:zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl)

Sprawę prowadzi: Aneta Mrygoń  
e-Mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl