



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu**  
**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**  
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448  
tel./fax: +48 571 334 858  
www.spzoz.zgorzelec.pl  
*Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”*

DZP/330/2017

Zgorzelec 2017-10-11

## UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

dotyczy postępowania: DOPOSAŻENIE W NIEZBĘDNY SPRZĘT MEDYCZNY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO - WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA-SPZOZ W ZGORZELCU, PRZY ULICY LUBAŃSKIEJ 11-12 W ZGORZELCU

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, działając zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert w w/w postępowaniu przetargowym dokonany w myśl przepisów wynikających z art. 24 aa) Pzp.

### PAKIET NR 1

#### I. OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA:

**Varimed sp. z o.o. ul. Powstańców ŚI 5; 53-332 Wrocław**  
**cena - wartość brutto: 354 240,00**

#### UZASADNIENIE WYBORU:

Wykonawca, którego oferta została wybrana złożył ofertę w postępowaniu przetargowym, nie podlegającą odrzuceniu i spełniającą wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uzyskał 100,00 punktów, w kryteriach wskazanych poniżej.

#### II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:

nr	Nazwa wykonawcy i adres
2	<b>Varimed sp. z o.o. ul. Powstańców ŚI 5; 53-332 Wrocław</b>

#### III. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

*Zestawienie w kolejności przyznanych punktów*

nr	Nazwa wykonawcy	Warunki oceniane		
		Cena – wartość brutto	Parametry techniczne	Warunki gwarancji
2	Varimed sp. z o.o.	<b>354 240,00</b>	Poz 1 PROCESOR WIZYJNY HDTV 1080 Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na min 3 przyciski umieszczone na panelu przednim – <b>TAK -5 pkt</b> Funkcja obrazu podwójnego: wyświetlany jednocześnie na ekranie monitora w czasie rzeczywistym obraz: 1-szy bez filtrów, 2-gi z włączonymi filtrami - <b>TAK -5 pkt</b> ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Pompa insuflacyjna min 2 poziomy - <b>5 poziomów -5 pkt</b> MONITOR MEDYCZNY HD Kąt obserwacji min. 175°- wymagany - <b>178° -5 pkt</b> Kontrast min. 1000:1- wymagany – <b>1400:1 -5 pkt</b> POMPA DO SPŁUKIWANIA POLA OBSERWACJI Możliwość rozbudowy o sterowanie bezprzewodowym przyciskiem nożnym - <b>TAK -5 pkt</b> VIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWY HDTV Obrotowy konektor w zakresie min 180 st redukujący ryzyko skręcenia światłowodu <b>TAK -5 pkt</b> <b>35/35*20=20pkt</b>	poz 1 <b>24 m-ce</b> <b>20 pkt</b>  poz 2 <b>24 m-ce</b> <b>20 pkt</b>
	<b>ilość uzyskanych punktów łącznie 100,00</b>	<b>60</b>	<b>20</b>	<b>(20+20)*20=20</b> <b>20</b>

#### IV. WYKONAWCY, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

## V. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE:

Nie odrzucono żadnej oferty.

## VI. TERMIN ZAWARCIA UMOWY

Termin po upływie którego umowa może być zawarta – 2017-10-11– (art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami)  
Planowany termin zawarcia umowy – 2017-10-12

## PAKIET NR 2

### I. OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA:

**DRAGER Polska sp. z o.o. ul. Sułkowskiego 18a; 85-655 Bydgoszcz**

**cena - wartość brutto: 1 58 917,68**

### UZASADNIENIE WYBORU:

Wykonawca, którego oferta została wybrana złożył ofertę w postępowaniu przetargowym, nie podlegającą odrzuceniu i spełniającą wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uzyskał 100,00 punktów, w kryteriach wskazanych poniżej.

### II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:

nr	Nazwa wykonawcy i adres
1	<b>DRAGER Polska sp. z o.o. ul. Sułkowskiego 18a; 85-655 Bydgoszcz</b>

### III. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

*Zestawienie w kolejności przyznanych punktów*

nr	Nazwa wykonawcy	Warunki oceniane		
		Cena – wartość brutto	Parametry techniczne	Warunki gwarancji
1	<b>DRAGER Polska sp. z o.o. ul. Sułkowskiego 18a; 85-655</b>	<b>1 58 917,68</b>	Respirator o sterowaniu elektronicznym, napęd respiratora nie zużywający gazów medycznych (elektryczny) - <b>TAK -10 pkt</b> PEEP – dodatkowo ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 0 do 20 cmH2O (podać zakres) - Możliwość ustawienia PEEP poniżej 3 cmH2O – <b>TAK, -7 pkt</b> Możliwość zastosowania elektrod umieszczonych szeregowo - <b>TAK -3 pkt</b> <b>(20/20)*20=20pkt</b>	okres gwarancji <b>60 m-cy</b>  <b>20 pkt</b>
	<b>ilość uzyskanych punktów łącznie 100,00</b>	<b>60</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

### IV. WYKONAWCY, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

### V. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE:

Nie odrzucono żadnej oferty.

### VI. TERMIN ZAWARCIA UMOWY

Termin po upływie którego umowa może być zawarta – 2017-10-11– (art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami)  
Planowany termin zawarcia umowy – 2017-10-12

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
**Wielospecjalistycznego Szpitala**  
**-SP ZOZ w Zgorzelcu**

**Zofia Barczyk**

**PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA**  
**e-mailem - zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl lub faxem - 75 77 22 858**