



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 686 fax +48 75 77 50 173
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 29/ZP/2017
DZP/325/2017

Zgorzelec, dnia 04/10/2017r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: wykonywanie pogwarancyjnej obsługi serwisowej rezonansu magnetycznego Achieva 1,5T firmy Philips wraz ze stacją roboczą Extended MR Workspace i stacją lekarską FWS

ZAPYTANIE 3:

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 j.t.) odpowiada na następujące pytania:

PYTANIE 1:

Czy w związku z zapisem §2 ust.4 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca cały czas utrzymywał połączenie do sieci zdalnego serwisu, tak aby móc szybciej diagnozować usterki, a przede wszystkim monitorował parametry pracy rezonansu takie jak temperatura, wilgotność i stan ilości helu, aby w jak największym zakresie zminimalizować niekontrolowany wyrzut helu (quench), a co za tym idzie aby Zamawiający w jak największym stopniu ustrzegł się przed ogromnymi kosztami odładzania magnesu i uruchomieniu systemu na nowo?

Zapis zawarty w §2 ust.4 projektu umowy („Dla zapewnienia zdalnej diagnozy Sprzętu Medycznego Zamawiający zapewni możliwość podłączenia przez Wykonawcę Sprzętu Medycznego do światowej sieci zdalnego serwisu Wykonawcy poprzez udostępnione Wykonawcy i przystosowane do tego celu własne złącze internetowe”) - po dokonaniu zmian SIWZ został przeniesiony do punktu 14 załącznika 3 do SIWZ.

Zamawiający w „opisie przedmiotu zamówienia” wskazał jakie czynności serwisowe wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek wykonywać wskazane w opisie czynności w oparciu o zalecenia producenta aby utrzymać sprzęt w stanie pełnej sprawności technicznej.

PYTANIE 2:

Czy w trosce o dobro pacjentów, płynność pracy Zamawiającego i utrzymanie wysokiej jakości usług Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę punktu 8 załącznika nr 3 do SIWZ jak następuje:

W przypadku konieczności wymiany części zamiennych - Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii - przedstawi Zamawiającemu ofertę cenową na wymagane do wymiany podzespoły w formie pisemnej: e-mail: medserwis@spzoz.zgorzelec.pl.

Po zaakceptowaniu oferty cenowej przez Zamawiającego, usługa naprawy zostanie wykonana przez Wykonawcę w terminie do 3 dni roboczych od chwili otrzymania akceptacji oferty cenowej na części zamiennie.

Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów w punktach wskazanych przez wykonawcę, dopuszcza jednak zaferowanie krótszych terminów na wycenę i dostawę części zamiennych przez wykonawcę w ofercie.

PYTANIE 3:

Dla bezpieczeństwa pacjentów jak i samego Zamawiającego wnosimy o to, aby autoryzacja producenta była warunkiem ważnej oferty.

Prośbę swą wnioskujemy tym, iż niezależnie od różnych interpretacji przepisów w ramach ustawy o zamówieniach publicznych, tylko Wytwórca urządzenia i jego autoryzowani przedstawiciele są odpowiedzialni za odpowiednie działanie urządzenia. Tylko w takim przypadku jest to urządzenie medyczne. W przypadku, kiedy ktoś nieautoryzowany zaczyna wykonywać czynności serwisowe na urządzeniu, także ingerując poprzez wymianę części zamiennych niewiadomego pochodzenia, cała odpowiedzialność za sprzęt spada na użytkownika, czyli na zarządzającego placówką. W przypadku incydentu medycznego, wiąże się to z dużym prawdopodobieństwem bardzo poważnych konsekwencji i następstw prawnych, zarówno ze strony instytucji rządowych jak i roszczeń pacjentów.

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił wymagania w zakresie posiadania autoryzacji producenta – w kryteriach oceny ofert.

Zamawiający informuje, iż przedłużył termin składania i otwarcia ofert na dzień 2017-10-09

DYREKTOR
Wielospecjalistycznego Szpitala-
-SP ZOZ w Zgorzelcu

Zofia Barczyk

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy
- 2) strona internetowa
- 3) A/a

PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA e-mail zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl

Sprawę prowadzi: Agata Gabrielska

e-Mail:

zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl