



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448  
tel. 571 334 686 fax +48 75 77 50 173  
www.spzoz.zgorzelec.pl  
*Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”*

Numer sprawy 33/ZP/2017  
DZP/ 389 /2017

Zgorzelec, dnia 05.12.2017r.

## Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

### **ZAPYTANIE NR 2**

#### **Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy art. jednorazowego użytku (medycznych i niemedycznych) oraz drobnego sprzętu medycznego**

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r. Poz. 1579 ze zmianami) Zamawiający odpowiada na następujące pytania:

#### **PYTANIE NR 1**

##### **Pytanie 1, dot. zapisów pkt. 4, 5) SIWZ oraz zapisów § 5 ust. 4 projektu umowy**

Zwracam się z prośbą o skrócenie wymaganego terminu płatności do 45 dni.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **PYTANIE NR 2**

##### **Pytanie 2, dot § 2 ust. 6 projektu umowy**

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 2 ust. 6 zdanie drugie projektu umowy w następującym brzmieniu: „*W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi zamówiony towar poza wskazanym pomieszczeniem, Zamawiający samodzielnie dostarczy go do wskazanego pomieszczenia na koszt Wykonawcy czego następstwem będzie wystawienie NOTY OBCIĄŻENIOWEJ za wykonanie usługi transportowej w wysokości 0,5% wartości dostawy netto.*”

Uzasadnienie:

- Kara umowna w wysokości 10% za niewniesienie zamówionego towaru do odpowiedniego pomieszczenia mająca być ekwiwalentem za usługę transportową jest rażąco wygórowana. Prosimy, aby wyniosła 0,5% wartości dostawy netto;

- Kara umowna, której wysokość uzależniona jest od wartości zobowiązania, powinna być odniesiona do wartości netto. Tylko wartość netto zobowiązania stanowi bowiem dla Wykonawcy rzeczywisty z ekonomicznego punktu widzenia ekwiwalent jego świadczenia, natomiast podatek VAT składający się na kwotę brutto, jest daniną publiczną, której Wykonawca jest tylko płatnikiem;

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **PYTANIE NR 3**

##### **Pytanie 3, dot § 2 ust. 10 projektu umowy**

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 2 ust. 10 zdanie drugie projektu umowy w następującym brzmieniu: „*W takim przypadku, Wykonawca pokryje różnicę w cenie przekraczającą wartość zamówionego towaru, określoną w umowie*”

Uzasadnienie:

Pokrycie przez Wykonawcę wszelkich kosztów związanych z zakupem zastępczym jest nieuzasadnione, Wykonawca nie może bowiem przewidzieć, jakie koszty może ponieść Zamawiający i czy będą one uzasadnione. Wykonawca powinien zwrócić Zamawiającemu tylko różnicę w cenie towaru.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **PYTANIE NR 4**

##### **Pytanie 4, dot § 4 ust.3 projektu umowy**

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust.3 zdanie trzecie projektu umowy w następującym brzmieniu: „Wykonawca ma obowiązek przedstawić te dokumenty w terminie 3 dni **roboczych** od dnia wezwania go przez Zamawiającego.”

##### Uzasadnienie:

Wykonawca nie pracuje w dni wolne od pracy, zasadnym jest więc, aby termin na przedłożenie dokumentów był liczony w dniach roboczych, a nie dniach kalendarzowych.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **PYTANIE NR 5**

##### **Pytanie 5, dot § 4 ust. 5 projektu umowy**

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 5 projektu umowy w następującym brzmieniu: „*W razie stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić bezzwłocznie Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację (jeżeli wada nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego) i wymienić reklamowany towar na wolny od wad, w terminie 3 dni **roboczych**, licząc od daty **dostarczenia reklamowanego towaru do Wykonawcy, na jego koszt.***”

##### Uzasadnienie:

- Jak już wyżej wskazano, Wykonawca nie pracuje w dni wolne od pracy, terminy powinny więc być liczone w dniach roboczych;

- Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez zbadania reklamowanego towaru. Zasadnym jest więc, aby termin na rozpatrzenie takiej reklamacji był liczony od dnia dostarczenia towaru do Wykonawcy;

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **PYTANIE NR 6**

##### **Pytanie 6, dot § 4 ust. 6 projektu umowy**

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 6 projektu umowy w następującym brzmieniu: „*W przypadku stwierdzenia braków ilościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków w ciągu 48 godzin w dni **robocze***”

##### Uzasadnienie:

Co do zasadności odnoszenia się do dni roboczych, uprzejmie odsyłam do wyjaśnień dotyczących wcześniejszych ustępów.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **PYTANIE NR 7**

##### **Pytanie 7, dot § 2 ust. 10 projektu umowy**

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 2 ust. 10 projektu umowy w następującym brzmieniu: „*W przypadku pomyłki asortymentowej ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia reklamacji w terminie 2 dni **roboczych** od daty zwrotu towaru. **Zamawiający zobowiązuje się pokryć koszt dostawy, jeśli pomyłka leży po jego stronie.***”

##### Uzasadnienie:

- Co do zasadności odnoszenia się do dni roboczych, uprzejmie odsyłam do wyjaśnień dotyczących wcześniejszych ustępów;

- Wykonawca nie powinien pokrywać kosztów wymiany asortymentu, jeśli przyczyna omyłki leży po stronie Zamawiającego;

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **PYTANIE NR 8**

##### **Pytanie 8, dot § 4 ust. 9 projektu umowy**

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 9 projektu umowy w następującym brzmieniu: „*Jeżeli nastąpi zwrot towaru Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury korygującej w terminie 2 dni **roboczych** od daty zwrotu towaru oraz zabezpieczy towar na czas transportu (tj. zapewni opakowanie transportowe). W przypadku wymogu stosowania formularzy i procedur reklamacyjnych Wykonawcy – Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej wzory formularzy i procedury reklamacyjne, w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy*”

##### Uzasadnienie:

Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień dotyczących zasadności ustalania terminu w oparciu o dni robocze;

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**PYTANIE NR 9**

**Pytanie 9, dot § 5 ust. 3 projektu umowy**

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 5 ust. 3 zdanie trzecie projektu umowy w następującym brzmieniu: „Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy nie może przekroczyć 20% wartości umowy.”

Uzasadnienie:

Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy o 30% jest wielkością zbyt dużą, Wykonawca nie będzie miał możliwości prawidłowego skalkulowania ceny oraz ryzyka. Zwracam się z prośbą, aby Zamawiający zobowiązał się zamówić asortyment o wartości przynajmniej 80% wartości umowy.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**PYTANIE NR 10**

**Pytanie 10, dot § 6 ust.1,2 projektu umowy**

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 6 ust. 1 i 2 projektu umowy w następującym brzmieniu: „1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:

a) w wysokości 0,2% wartości **netto** partii towaru, **ale nie więcej niż 5% tej wartości** - w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie, wynikającym z zapisów § 2 ust. 7-11 lub § 4 niniejszej umowy – w przypadku gdy **zwłoka w realizacji zamówienia jest dłuższe niż 3 dni** – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki po upływie terminu aż do dnia wykonania umowy lub do dnia usunięcia wad. Jeżeli zwłoka będzie trwała powyżej 7 dni **roboczych** – Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary umownej, przewidzianej w § 6 ust. 2. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy.

b) każdorazowo w wysokości 100 zł, **ale nie łącznie nie więcej niż 1.000 zł** – w przypadku nie złożenia w terminie informacji, wymaganych zapisami § 2 pkt 11 niniejszej umowy.

2. Za odstąpienie od umowy z winy Strony przeciwnej – obie strony zastrzegają możliwość żądania kary umownej w wysokości 5% wartości **netto** niezrealizowanej części umowy w terminie.”

Uzasadnienie:

- Uprzejmie dosyłam do wcześniejszych wyjaśnień uzasadniających naliczanie kary umownej od wartości netto towarów oraz posługiwanie się pojęciem dni roboczych;

- Brak górnego limitu naliczania kar umownych powoduje, że mogą one urosnąć do rozmiarów nieproporcjonalnie przewyższających wartość poniesionej przez Zamawiającego szkody. W takim zaś wypadku kara umowna nie będzie już pełniła funkcji odszkodowania, ale służyć będzie wzbogaceniu się Zamawiającego kosztem Wykonawcy. Celem uniknięcia powyższego, zasadne jest wprowadzenie górnego limitu naliczania kar umownych na poziomie 5% oraz 1.000 zł. W razie uzasadnionej potrzeby Zamawiający i tak może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych;

- Mianem „opóźnienia” prawo określa każdy przypadek nieterminowego spełnienia świadczenia bez względu na przyczyny. Opóźnienie może zatem nastąpić również z winy zamawiającego albo z powodu siły wyższej. Przypadki nieterminowego spełnienia świadczenia, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, określa się natomiast w prawie mianem „zwłoki”. Zasadnym jest, aby wykonawca nie był karany za okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności;

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**PYTANIE NR 11**

**Pytanie 11, dot § 12 ust. 1 pkt 1 projektu umowy**

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 12 ust. 1 pkt 1 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Zamawiający zastrzega prawo do złożenia odstąpienia od **niezrealizowanej części** umowy w terminie 3 dni od upływu terminu, określonego w wezwaniu, o którym mowa powyżej jeżeli Wykonawca:

a) **trzykrotnie** nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie jak w § 4,

b) **nie zrealizuje z własnej winy terminowo 3 kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego,**

c) **trzykrotnie** nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia”

Uzasadnienie:

- Z uwagi na to, że przedmiotem umowy jest sukcesywna sprzedaż towarów, odstąpienie od umowy powinno dotyczyć jedynie jeszcze jej niezrealizowanej części;

- Odstąpienie od niezrealizowanej części umowy powinno być dopuszczalne tylko w przypadku powtarzających się uchybień. Wykonawca proponuje, aby było ono dopuszczalne w przypadku trzykrotnego niewymienienia

wadliwych towarów na wolne od wad oraz trzykrotnego niedostarczenia dokumentów – tak jak przyjęto dla nieterminowej dostawy zamówień;

- Odstąpienie od umowy w przypadku nieterminowych dostaw powinno być możliwe tylko w sytuacji, gdy Wykonawca popadnie w zwłokę, czyli nie dostarczy zamówienia z własnej winy;

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zapis jak niżej:**

„1) Zamawiający zastrzega prawo do złożenia odstąpienia od **niezrealizowanej części** umowy w terminie 3 dni od upływu terminu, określonego w wezwaniu, o którym mowa powyżej jeżeli Wykonawca:

- a) **trzykrotnie** nie wymieni zakwestionowanego towaru wadliwego w terminie jak w § 4,
- b) nie zrealizuje terminowo 3 kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego,
- c) nie dostarczy dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do użytku w placówkach ochrony zdrowia lub innych dokumentów wymaganych prawem.”

**PYTANIE NR 12-13**

Pakiet 4 poz. 13

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność zaworu 7 dni lub 200 użyć, posiadający przezroczystą obudowę umożliwiającą kontrolę wzrokową, dostępne także w wersji tętnicznej (czerwona obudowa), zawór nie zawierający metalu oraz latexu, posiadający membranę jednorodną wykonaną z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typ żeński luer lock płaska, zapewniająca prosty sposób dezynfekcji (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym) wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie 12,5 psi, przestrzeń martwa max. 0,10ml, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek z przedłużaczami, zawór wyposażony w zdejmowalny uchwyt umożliwiający bezpieczne wyjęcie z opakowania i podłączenia do wkłucia bez ryzyka przypadkowego skażenia miejsca podłączenia, wewnątrz zaworu system zabezpieczający prawidłowe zamknięcie przed wtargnięciem infekcji.?
2. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zaworu wyposażonego w aplikator dający możliwość jałowego połączenia z końcówką luer-lock

**Odp. Pyt. 12 Zamawiający nie dopuszcza.**

**Odp. Pyt. 13 Zamawiający oczekuje jałowego zamkniętego systemu bezigłowego.**

**PYTANIE NR 14-15**

Pakiet nr 11

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego, dwururowego, karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwe do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, opakowanie foliowe.

Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego, dwururowego, karbowanego do aparatu do znieczulania, pediatryczny, o średnicy 15mm, rury rozciągliwe do dł. 1,8 m, wykonane z polipropylenu, kolanko z portem kapno, rura worka o długości 1m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 0,5L, rura z workiem połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe.

**Odp. Pyt. 14 Zamawiający nie dopuszcza.**

**Odp. Pyt. 15 Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE NR 16**

Pakiet nr 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ładunku do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego z zszywkami w przekroju zbliżonymi do okręgu, zszywki o wysokości 4,8 mm przed zamknięciem i 2,00 mm po zamknięciu lub 3,8 mm przed zamknięciem i 1,5 mm po zamknięciu, opakowanie a'12 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.****PYTANIE NR 17****PAKIET NR 18 POZYCJA 1**

Czy zamawiający dopuści również olej o parametrach wymienionych poniżej:

Olej silikonowy, jałowy, w gotowych do użycia szklanych strzykawkach, Objętość: 10ml, Lepkość (25 st. C) 1000-1500mPas, Gęstość (22 st. C) 0,98 g/cm sześcienny, Wskaźnik refrakcji (20 st. C): 1,4.

Olej charakteryzuje się bardzo wysoką czystością zapewniając bezpieczną, efektywną, stabilną i trwałą tamponadę?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.****PYTANIE NR 18****PAKIET NR 18 POZYCJA 2**

Czy zamawiający dopuści również olej o parametrach wymienionych poniżej:

Olej silikonowy, jałowy, w gotowych do użycia szklanych strzykawkach, Objętość: 10ml, Lepkość (25 st. C) 5000-5700mPas, Gęstość (22 st. C) 0,98 g/cm sześcienny, Wskaźnik refrakcji (20 st. C): 1,4.

Olej charakteryzuje się bardzo wysoką czystością zapewniając bezpieczną, efektywną, stabilną i trwałą tamponadę?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.****PYTANIE NR 19****PAKIET 18 POZ. NR 3**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 3 co pozwoli na złożenie bardziej konkurencyjnej oferty?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.****PYTANIE NR 20****Pakiet nr 4 pozycja 22:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koreczka combi w kolorze czerwonym, spełniającego pozostałe parametry SIWZ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.****PYTANIE NR 21****Pakiet nr 12 pozycja 1:**

Czy Zamawiający dopuści prowadnice z łącznikami do podłączenia tlenu, długość 830mm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.****PYTANIE NR 22****Pakiet nr 12 pozycja 2:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prowadnicy o przekroju 4mm, o długości 34cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.****PYTANIE NR 23****Pakiet nr 12 pozycja 2:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prowadnicy o przekroju 4mm, o długości 60cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.****PYTANIE NR 24****Pakiet nr 15 pozycja 1-2:**

Czy Zamawiający oczekuje asortymentu wykonanego z pulpy celulozowej, której czas przenikania wynosi minimum 4 godziny?

**Odp. Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia którego czas przenikania wynosi minimum 3 godziny.**

**PYTANIE NR 25**

**Pakiet nr 2 poz. 1**

**poz. 1 Sterylny zestaw do zabiegu angiografii udowej i promieniowej**

W związku z możliwością złożenia bardzo konkurencyjnej cenowo oferty prosimy o wydzielenie z zestawu pozycji:

- dren z zastawką bezwrotną o dł. 180 cm z końcówkami męsko-męskimi

- kolec z drenikiem do oszczędności zużycia kontrastu, dołączona zintegrowana zatyczka, końcówka drenu żeńska z zastawką bezigłową

i utworzenie z nich osobnego pakietu.

**Są to produkty, który posiada w swojej ofercie tylko Firma B.BRAUN.**

**Oferowane przez nas obłożenia są stosowane przez wiele Ośrodków w Polsce, posiadają dobre opinie użytkowników i spełniają wymagania obowiązujących norm.**

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**PYTANIE NR 26**

1. Dotyczy PAKIET NR 11-obwody oddechowe poz.1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania układów wyższej jakości, tj. z rur o gładkich powierzchniach wewnętrznych, co ułatwia odprowadzanie skropliny, zmniejszając ryzyko rozwoju bakterii, z PCV lecz bez DEHP, długość rur oddechowych 180cm, długość trzeciej rury do worka 150cm, zdejmowany elastyczny łącznik Y, łącznik kątowy z portem, worek oddechowy 2l bez lateksu, dodatkowe złącze proste 22M/22M, sterylne, układ posiadające wszystkie elastyczne końcówki na wlocie i wylocie w celu pewniejszego fiksowania w urządzeniu.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE NR 27**

1. Dotyczy PAKIET NR 11-obwody oddechowe poz.2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania układów wyższej jakości, tj. z rur o gładkich powierzchniach wewnętrznych, co ułatwia odprowadzanie skropliny, zmniejszając ryzyko rozwoju bakterii, z PCV lecz bez DEHP, długość rur oddechowych 150cm, długość trzeciej rury do worka 160cm, łącznik Y, łącznik kątowy z portem, worek oddechowy 1l bez lateksu, mikrobiologicznie czysty, układ posiadające wszystkie elastyczne końcówki na wlocie i wylocie w celu pewniejszego fiksowania w urządzeniu.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE NR 28**

1. Dotyczy PAKIET NR 11-obwody oddechowe poz.3

Czy Zamawiający, w celu zagwarantowania skutecznej ochrony przed wirusami i bakteriami urządzeń typu aparat do znieczuleń, oczekuje zaoferowania filtrów mechanicznych, sterylnych, należących do najwyższej klasy 13 wg klasyfikacji HEPA – tj. najwyższej z osiągalnych dla mechanicznych filtrów oddechowych przeznaczonych do stosowania w szpitalu?

**Odp. Zamawiający wymaga każdego przedmiotu zamówienia kompatybilnego ze ssakami: Primus, Fabius, Zeus.**

**PYTANIE NR 29**

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**PYTANIE NR 30**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**PYTANIE NR 31**

**PAKIET NR 2**

1. **Poz. nr 2** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania maski spełniającej wymagania SIWZ pozbawianej jednak samoprzylepnej metryczki?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE NR 32****PAKIET NR 2**

1. **Poz. nr 3** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety chirurgicznej spełniającej wymagania SIWZ w rozmiarze 120x150cm z przyklepnym otworem o średnicy 7cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**PYTANIE NR 33**

- 1) **Pakiet 15, pozycja 1-2** : Czy zamawiający wymaga basenów i kaczek wyposażonych w wkładkę żelującą zawartość ?

**Odp. Zamawiający nie wymaga.**

**PYTANIE NR 34**

**Pakiet 19, pozycja 1-2** : Czy Zamawiający dopuści jako równoważny produkt - okulary ochronne jednorazowe składające się z oprawy okularowej (pozycja 1) z wymiennymi osłonkami (pozycja 2), dopasowane do twarzy użytkownika z szerokim polem widzenia, zapewniające ochronę przed zachlapaniem oczu, wykonane z poliestru, pokryte powłoką Anti-Fog, dzięki czemu nie ulegają zaparowaniu oraz zapobiegają odbłaskom, można stosować na okulary korekcyjne, łatwe do założenia, poprzez przełożenie oprawy przez specjalne otwory w górnej części osłony, zgodnie z dyrektywą 89/686/EEC dla środków ochrony osobistej kategorii I?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE NR 35****Pakiet 6**

1. **Poz. nr 1**

**Pyt:**

Prosimy o dopuszczenie worka stomijnego j.u. zgodnego z wymaganiami Zamawiającego lecz z możliwością docięcia od 15 mm do 60 mm;

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**PYTANIE NR 36****Pakiet nr 6**

2. **Poz. nr 2**

**Pyt:**

Prosimy o dopuszczenie worka urostomijnego j.u. zgodnego z wymaganiami Zamawiającego lecz w rozmiarze 43 mm;

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**PYTANIE NR 37****Pakiet nr 6**

3. **Poz. nr 3**

**Pyt:**

Prosimy o dopuszczenie płytki do worka urostomijnego j.u. zgodnego z wymaganiami Zamawiającego lecz z o wielkości 43 mm oraz otworze w płytce od 15 mm;

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**PYTANIE NR 38**

Czy Zamawiający dopuści w zakresie pakietu nr 5 i 11 dostarczanie faktury za zakupiony asortyment wyłącznie na adres poczty elektronicznej w formie pliku PDF? Faktura w formie elektronicznej zostanie dostarczona następnego dnia roboczego po dniu wysłania zamówionego asortymentu.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE NR 39**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 w pozycji 1 zestaw do cystostomii o parametrach zgodnych z wymogami SIWZ z różnicą w oferowanej długości – 55cm, wyposażone dodatkowo w skalpel, taśmę samoprzylepną oraz 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**PYTANIE NR 40**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 w pozycji 2 zestaw do nefrostomii 2-stopniowej z 2-częściową kaniulą punkcyjną 17,5G z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie)

Prowadnicą Seldingera 0,038", z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, o długość 800 mm,

- Metalowym przedłużaczem cewnika o długości 325 mm z plastikowym mandrynem
- Cewnikiem poliuretanowym typu pigtail, widocznym w rtg o długość ok. 30 cm, z otworem centralnym, powłoką hydrożelową, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego
- łącznik Luer-lock
- kranikiem LL
- adapterem do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem)
- trzema samoprzylepnymi etykietami do dokumentacji
- rozmiary 6Ch-8Ch-10Ch

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **PYTANIE NR 41**

##### **pakiet nr 4-różne**

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert w pakiecie 4 pozycja 15 na równoważne workeczki ekstrakcyjne sterylne, rozmiar workeczka 160x205mm, średnica otworu 100mm, pojemność 800ml, do współpracy z trokami 10-12mm

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### **PYTANIE NR 42**

Pakiet nr 15

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie worków laparoskopowych sterylnych, o pojemności 800ml, rozmiar 160mmx200mm do współpracy z trokami 10mm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### **PYTANIE NR 43**

Dotyczy: 33/ZP/2017 pakiet 4 pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępow naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **PYTANIE NR 44**

Dotyczy: 33/ZP/2017, PAKIET NR 4-różne, ilość pozycji 31, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA) w kolorze niebieskim do stosowania z portami Luer Lock zapewniający skuteczną barierę przeciwbakteryjną (pakowany pojedynczo). Opakowanie zbiorcze zawiera 350 sztuk produktu, z przeliczeniem zamawianej ilości.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **PYTANIE NR 45**

Pakiet nr 4, pozycja 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do jejunostomii o następujących parametrach :

Silikonowy cewnik całkowicie kontrastujący w RTG o długości 60cm i średnicy 2,0x3,2mm. W skład zestawu wchodzi wprowadzacz typu desilete, igła Alene 10FR, igła punkcyjna 17G/98mm, końcówka uciskowa, dwa łączniki żeńsko-żeńskie.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **PYTANIE NR 46**

Pakiet nr 13, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do ciągłych blokad nerwów obwodowych o poniższych parametrach : Zestaw z cewnikiem do blokady nerwów obwodowych, przy użyciu elektrostymulatora, do ciągłego znieczulania nerwów umiejscowionych głęboko. W skład zestawu wchodzi :

- prowadnik typu wishbone
- igła stymulująca typu Locoplex 18Gx50mm
- cewnik Pebax
- łącznik easy-lock,
- filtr antybakteryjny 0,22μ,
- dodatkowa przedłużka 30 cm



- strzykawka 10 ml
- transparentny opatrunek Dermafilm 10x 15cm

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **PYTANIE NR 47**

Pakiet nr 13, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do ciągłych blokad nerwów obwodowych o poniższych parametrach : Zestaw z cewnikiem do blokady nerwów obwodowych, przy użyciu elektrostymulatora, do ciągłego znieczulania nerwów umiejscowionych głęboko. W skład zestawu wchodzi :

- przewodnik typu wishbone
- igła stymulująca typu Locoplex 18Gx100mm
- cewnik Pebax
- łącznik easy-lock,
- filtr antybakteryjny 0,22μ,
- dodatkowa przedłużka 30 cm
- strzykawka 10 ml
- transparentny opatrunek Dermafilm 10x 15cm

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **PYTANIE NR 48**

Pakiet nr 13, pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do elektrostymulacji o poniższych parametrach :

Igła do blokady nerwów obwodowych, ze szlifem ułatwiającym penetrację przez skórę, ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kabel podłączeniowy 60 cm przymocowany z tyłu igły wskazujący na kierunek szlif igły. Kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami. Igła w rozmiarze : 23G/25mm, 23G/35mm, 22G/50mm, 21G/85mm, 21G/100mm, 20G/120mm, 20G/150mm

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **PYTANIE NR 49**

Pakiet nr 16, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznej igły do portów zaopatrzoną w mechanizm zabezpieczający przed zakłuceniem, zagięta pod kątem 90° z ostrzem Hubera do portu, z poczwórnymi przezroczystymi skrzydełkami, miękkimi od strony skóry pacjenta (dwa górne do trzymania podczas zakładania i usuwania igły, dwa dolne do przytrzymywania portu podczas usuwania igły), niskoprofilowa (najniższy profil na rynku), z poliuretanowym drenem przedłużającym o dł.21,5cm z zaciskiem i żeńskim łącznikiem typu Luer lock oraz łącznikiem „Y” zakończonym systemem bezigłowym z dodatkim bolusem. Zacisk kodowany kolorem w zależności od rozmiaru igły, z informacją na zacisku : rozmiar igły, max przepływ ( 5ml/sek), max. ciśnienie (350psi). Poliuretanowa piankowa podkładka pod igłę w celu maksymalizacji komfortu pacjenta. Kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Produkt pobawiony lateksu. Możliwość podawania leków zawierających emulsję tłuszczową. Rozmiary od 19-22G o długości 15-30mm do wyboru przez Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

#### **PYTANIE NR 50**

Pakiet nr 16, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznej igły do portów zaopatrzoną w mechanizm zabezpieczający przed zakłuceniem, zagięta pod kątem 90° z ostrzem Hubera do portu, z poczwórnymi przezroczystymi skrzydełkami, miękkimi od strony skóry pacjenta (dwa górne do trzymania podczas zakładania i usuwania igły, dwa dolne do przytrzymywania portu podczas usuwania igły), niskoprofilowa (najniższy profil na rynku), z poliuretanowym drenem przedłużającym o dł.21,5cm z zaciskiem i żeńskim łącznikiem typu Luer lock. Zacisk kodowany kolorem w zależności od rozmiaru igły, z informacją na zacisku : rozmiar igły, max przepływ ( 5ml/sek), max. ciśnienie (350psi). Poliuretanowa piankowa podkładka pod igłę w celu maksymalizacji komfortu pacjenta. Kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Produkt pobawiony lateksu. Możliwość podawania leków zawierających emulsję tłuszczową. Rozmiary 19-22G, o długości 15-30mm do wyboru przez Zamawiającego

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE NR 51**

**Dotyczy części nr 16:**

1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 i 2 igłę do portu posiadającą przezroczystą obudowę (bez otworów), z miękką poduszką zwiększającą komfort pacjenta, z odpinanymi uchwytami, z drenem drenem typu Non DEHP z plastyfikatorem TOTM (bezpiecznym dla pacjenta) o długości 20,3cm? Oferowane igły zapewniają zarówno komfort pacjenta jak również wygodę stosowania, nie ograniczają widoczności miejsca wkłucia.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE NR 52**

**Dotyczy części nr 16:**

2. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 i 2 igłę do portu w rozmiarach 19G: 19mm, 25mm, 32mm; 20G: 16mm, 19mm, 25mm, 32mm, 22G: 16mm, 19mm, 25mm? W oferowanych igłach kodowany kolorem zacisk pozwala na identyfikację rozmiaru igły.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE NR 53**

**Dotyczy części nr 16:**

3. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 i 2 igłę do portu z mechanizmem zabezpieczającym przed samozakłuciem w postaci dźwigni, sygnalizującej „kliknięciem” bezpieczną pozycję igły podczas wyjmowania?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**PYTANIE NR 54**

**Dotyczy części nr 16:**

4. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 igłę do portu o wysokości profilu 15mm (4mm stanowi elastyczna poduszka, która odkształca się przy kontakcie z pacjentem zmniejszając wysokość profilu)?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE NR 55**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 12 w pozycji 2** dopuści dotychczas stosowaną przez Zamawiającego prowadnicę do rurek intubacyjnych, j.u., sterylną w rozmiarze 6FR (2,0 mm) / 22,5 cm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE NR 56**

Dot. Pakiet nr 18, poz.1

Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy olej:

Olej silikonowy, 100% polydimethylsiloxan; ultra oczyszczony i sterylny, dostępny w jednorazowych, szklanych strzykawkach o pojemności 10 ml.

Własności fizyczne (przy 25 °C): lepkość [mPas] 900 – 1200; gęstość [g/cm<sup>3</sup>]: 0,97

Wskaźnik refrakcji (w temp. 20 °C): 1,4040; Elastyczność (Je<sub>0</sub>) [mPas] 2 x 10<sup>exp(-5)</sup>;

Składniki lotne (200°C, 24 h) [%] =< 0,2; rezystancja (Ohm, w temp. 23 °C): 2 x 10<sup>exp14</sup>

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE NR 57**

Dot. Pakiet nr 18, poz.2

Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy olej:

Olej silikonowy, 100% polydimethylsiloxan; ultra oczyszczony i sterylny, dostępny w jednorazowych, szklanych strzykawkach o pojemności 10 ml

Własności fizyczne (przy 25 °C): lepkość [mPas] 4800 – 5200; gęstość [g/cm<sup>3</sup>]: 0,97

Wskaźnik refrakcji (w temp. 20 °C): 1,4040; Elastyczność (Je<sub>0</sub>) [mPas] 1,4 x 10<sup>exp(-3)</sup>;

Składniki lotne (200°C, 24 h) [%] =< 0,2; rezystancja (Ohm, w temp. 23 °C): 2 x 10<sup>exp14</sup>

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE NR 58**

Dot. Pakiet nr 18, poz.3

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie wymagań dotyczących podajnika do oleju - olej jest konfekcjonowany w opakowaniach a 10 ml, natomiast podajnik ma mieć pojemność 5 ml.

Zatem czy Zamawiający dopuszcza do dostawy zestaw ciśnieniowy do podaży oleju w standardowych opakowaniach - ampułkostrzykawkach a 10 ml. Równocześnie prosimy o podanie typu aparatu do zabiegów na tylnym odcinku oka, celem właściwego doboru złączki wysokociśnieniowej.

**Odp. Zamawiający wymaga podajnika ręcznego do podawania substancji o wysokiej lepkości ze względu na trudne przypadki zabiegowe o ograniczonej możliwości zastosowania zwiększonego ciśnienia. Podajnik ręczny o pojemności 5ml dokładnie wyczerpuje potrzeby pojemnościowe oraz zapobiega podaniu zbyt dużej ilości substancji jednorazowo.**

**PYTANIE NR 59**

**Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści obwód o długości rury oddechowej 1.8 m?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE NR 60**

**Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści obwód z workiem neoprenowym?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE NR 61**

**Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści obwód z workiem o pojemności 1 l?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE NR 62**

**Pakiet 2**

**Pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną z osłoną na oczy wiązaną na troki spełniającą normę EN 14683:2005 nie posiadającą samoprzylepnej metryczki?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE NR 63**

**Pakiet 2**

**Pozycja 3** Czy Zamawiający dopuści serwetę 2 warstwową o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> (włóknina + błona poliolefinowa) w rozmiarze 90x120cm z otworem przylepnym o średnicy 10cm, w opakowaniu folia-papier z 4 naklejkami transferowymi?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań szczegółowo wskazanych w SIWZ.**

**PYTANIE NR 64**

**Pakiet 2**

**Pozycja 3** Czy Zamawiający dopuści serwetę 3 warstwową z włókniny SMS o gramaturze 50g/m<sup>2</sup>, wzmocnioną w strefie krytycznej (gramatura wzmocnienia 80g/m<sup>2</sup>) w rozmiarze 120x170cm z otworem przylepnym o średnicy 12cm, w opakowaniu folia-papier z 4 naklejkami transferowymi?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań szczegółowo wskazanych w SIWZ.**

**PYTANIE NR 65**

**Pakiet 4**

**Pozycja 22** Czy Zamawiający dopuści koreczki dwufunkcyjne combi w kolorze czerwonym?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań szczegółowo wskazanych w SIWZ.**

**PYTANIE NR 66**

**Pakiet 4**

**Pozycja 27** Czy Zamawiający dopuści przedłużacz sterylny w rozmiarze CH24/2100mm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE NR 67**

**Pakiet nr 4, poz. 13**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie bezigłowego zaworu dostępu żylnego z podzielną membraną (optymalny bardziej niż zawory mechaniczne, które powodują większą ilość infekcji), bez elementów mechanicznych, o objętości wypełnienia 0,085 ml, przezroczysty – widoczny tor przepływu podawanego leku. Możliwość używania przez 7 dni lub 600 aktywacji. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE NR 68**

**Pakiet nr 4, poz. 13**

Proszę o dopuszczenia korka kombi w kolorze czerwonym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań szczegółowo wskazanych w SIWZ.**

**PYTANIE NR 69**

Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek stomijny z docięciem przylepca w zakresie 13-60 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań szczegółowo wskazanych w SIWZ.**

**PYTANIE NR 70**

Pakiet 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worek urostomijny z miękkim silikonowym kranikiem z zatyczką, nie obrotowy co zapewnia większą szczelność sprzętu urostomijnego?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**PYTANIE NR 71**

Pakiet 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści płytkę ze startowym otworem technicznym 10 mm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi Zamawiający zmienia w powyższym zakresie SIWZ (wraz z załącznikami) i umieszcza ją na swojej stronie internetowej [www.spzoz.zgorzelec.pl](http://www.spzoz.zgorzelec.pl).**

*3 w/h.*  
Kierownik  
Zamówień Publicznych  
WS-SPZOZ  
Zaopatrzenia  
Zgorzelec  
mgr Agnieszka Horodecka

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy
- 2) strona internetowa
- 3) A/a

**PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA e-mail [zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl](mailto:zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl)**

Sprawę prowadzi: Agnieszka Horodecka  
e-Mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl