



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448  
tel. 571 334 686 fax +48 75 77 50 173  
www.spzoz.zgorzelec.pl  
*Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”*

Numer sprawy 2/ZP/2018  
DZP/46/2018

Zgorzelec, dnia 26.01.2018r.

## Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

**Dotyczy przetargu nieograniczonego na: dostawy drobnego sprzętu do badań i zabiegów endoskopowych - zakup oraz depozyt (z opcją kupna na potrzeby własne)**

### ZAPYTANIE 1:

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 j.t. ),) odpowiada na następujące pytania:

#### Pytanie 1

1. Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 9a do SIWZ poprzez nadanie par. 2 ust. 1 pkt 3 następującego brzmienia: „sprzęt j/w będzie nieodpłatnie przechowywany w Magazynie j/w. (zgodnie ze stworzoną przez Wykonawcę wspólnie z Zamawiającym - instrukcją o przechowywaniu i sposobach kontroli stanu depozytowego - stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy) i do czasu pobrania go z magazynu przez Zamawiającego - pozostaje własnością Wykonawcy”.

2. Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 9a do SIWZ poprzez nadanie par. 2 ust. 2 następującego brzmienia: „Sprzęt pozostawiony przez Wykonawcę poza wskazanym przez zamawiającego pomieszczeniem – uważa się za dostarczony niezgodnie z umową.”

3. Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 9a do SIWZ poprzez nadanie par. 3 ust. 3 następującego brzmienia: „W przypadku dostarczenia partii towaru o terminie przydatności krótszym niż 12 miesięcy Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznie i bezpłatnie wymienić w/wym - na towar o dłuższym terminem przydatności, jednakże nie krótszym niż 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający jest zobowiązany przy pobieraniu przedmiotów z magazynu depozytowego do kontroli terminu ważności oraz pobierania w pierwszej kolejności przedmiotów z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out. Przedmioty, którym upłynął termin ważności nie mogą zostać pobrane przez Zamawiającego z magazynu depozytowego. W przypadku upływu terminu przydatności przedmiotu pozostającego w magazynie depozytowym wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany.”

4. Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 9a do SIWZ poprzez nadanie par. 3 ust. 4 następującego brzmienia: „W razie stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić bezzwłocznie Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia oraz wymienić (jeżeli wada nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego) reklamowany towar na wolny od wad w terminie 3 dni roboczych - od rozpatrzenia reklamacji – na swój koszt.”

**Odp. Zamawiający dokonał zmian w projekcie umowy. Zmieniony Załącznik nr 9A jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego – z dopiskiem „ZMIANA\_1”.**

#### Pytanie 2

##### Pakiet 1 pozycja 1

Czy zamawiający wymaga igły do ostrzykiwań o średnicy osłonki 2.3 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, nie wymaga.**

##### Pakiet 1 pozycja 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga Pętli 3 w 1 owalnej?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe, nie wymaga.**

### **Pakiet 1 pozycja 3**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści pętle jednorazowe owalne do usuwania polipów o średnicy osłonki 2.3 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe..**

### **Pakiet 1 pozycja 5**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści ustniki do gastrokopii z gumka materiałową?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

### **Pakiet 1 pozycja 5**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga ustników pakowanych w karton typu dispenser, ułatwiający wyjmowanie produktu?

**Odp. Zamawiający nie wymaga powyższego.**

### **Pakiet 1 pozycja 5**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści ustniki w opakowaniu 100 sztuk?

**Odp. NIE.**

### **Pytanie 3**

#### **Pakiet 7**

**Pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści ustniki do endoskopu z paskiem i otworem 20x27mm w opakowaniach a'100szt. z przeliczaniem zamawianych ilości?

**Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego przedmiotu (pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów ujętych w opisie) - w opakowaniach liczących 50 szt.**

### **Pytanie 4**

Pakiet 3

1. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, koszy wielorazowego użytku miękkich śr. 7Fr, długość 220 cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

2. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 w pozycji 5, w miejsce pierwotnych parametrów, stentów nitinolowych do dwunastnicy w rozmiarze 6, 9, 12 cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

3. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 w pozycji 9, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do opaskowania żyłaków przelyku z 6 gumkami z nasadkami tylko w rozmiarze 9,5-13mm i 11-14 mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

4. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 w pozycji 12, w miejsce pierwotnych parametrów, cewników do drenażu o długości 25 cm dla średnic 8.5, 10.2, 12, 14 Fr oraz o długości 45 cm dla średnic 8.5, 10.2, 12Fr. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

5. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 w pozycji 15, w miejsce pierwotnych parametrów, stentów do dróg żółciowych zakładanych przezskórnie z cewnikiem w rozmiarze 8 Fr (koszulka 6 Fr). Pozostałe parametry z godnie z siwz.

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

6. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 w pozycji 16, w miejsce pierwotnych parametrów, igieł do biopsji aspiracyjnej w rozmiarze 18, 22 G o długości 10, 15, 20 cm oraz w rozmiarze 20, 21 G o długości 15, 20 cm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.**

### **Pytanie 5**

Pakiet nr 1

Dot. poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii, jednorazowego użytku, rozmiary: 10 mm, 20 mm, 30 mm, długość robocza 230 cm, średnica osłonki 2,4 mm, do endoskopów o średnicy kanału roboczego min. 2,8 mm, kształt owalny?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe – przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w SIWZ.**

Dot. poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii, jednorazowego użytku, rozmiary: 10 mm, 20 mm, 30 mm, długość robocza 230 cm, średnica osłonki 2,4 mm, do endoskopów o średnicy kanału roboczego min. 2,8 mm, kształt owalny, heksagonalny?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe – przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w SIWZ.**

Dot. poz. 5

Czy Zamawiający dopuści ustniki jednorazowe z regulowanym paskiem – opaską wolną od lateksu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe – przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych w SIWZ.**

Pakiet nr 5

Dot. poz. 1

Czy Zamawiający dopuści klipsownicę jednorazową, średnica korpusu 2,4 mm, długość 230 cm, do kanału roboczego o średnicy min. 2,8 mm?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Dot. poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii heksagonalną, jednorazową, rozmiar pętli 30 x 50 mm, pętla wykonana z drutu plecionego, średnica narzędzia 2,3 mm, długość robocza 230 cm?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Dot. poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pętle do resekcji płaskich zmian, symetryczna pętla z plecionego drutu z podwójnymi wzmocnionymi ramionami, średnica 2,6 mm, długość 230 cm, zmienna szerokość otwarcia, maksymalna szerokość 40 mm, wraz z uchwytem, autoklawowalna?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

## Pytanie 6

Pakiet nr 1

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu nr 1 dopuści zaoferowanie igieł o długości 4 mm i 6 mm, pozostałe parametry narzędzi zgodne z opisem.
2. Czy Zamawiający w pozycji 2 Pakietu nr 1 dopuści zaoferowanie pętli „2 w 1”, średnica pętli regulowana 15/27 mm, blokada oparta na kształcie pętli, pozostałe parametry zgodne z opisem.
3. Czy Zamawiający w pozycji 3 Pakietu nr 1 dopuści zaoferowanie pętli
  - owalnych 10, 15, 25 i 32 mm, śr. 2,4 mm, dł. 240 cm
  - heksagonalnych 15, 22, 32 mm, śr. 2,4 mm, dł. 240 cm
  - asymetrycznych 15, 25 mm, śr. 2,4 mm, dł. 240 cm,pozostałe parametry zgodne z opisem.
4. Czy Zamawiający w pozycji 4 Pakietu nr 1 dopuści zaoferowanie spodenek w rozmiarze L lub XL, kolor granatowy, wykonane z włókniny, z klapką lub bez klapki.

**Odp. 1) Zamawiający wyraża zgodę.**

**Odp. 2) Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Odp. 3) Zamawiający wyraża zgodę.**

**Odp. 4) Zamawiający dopuszcza jeden kolor spodenek – wymaga jednak spełnienia pozostałych wymogów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.**

Pakiet nr 2

5. Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu nr 2 dopuści zaoferowanie stentu wykonanego ze stopu tytanowo-niklowego, średnica 10 mm, długości stentu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 cm, marker RTG na zestawie pozwalający na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i markery na zestawie jednoznacznie określające początek rozprężania stentu i maksymalny stopień uwolnienia po przekroczeniu którego nie jest możliwe zamknięcie stentu, pozostałe parametry zgodne z opisem.
6. Czy Zamawiający w pozycji 2 Pakietu nr 2 dopuści zaoferowanie stentu wykonanego ze stopu tytanowo-niklowego, z uchem od strony proksymalnej do repozycji i usunięcia stentu, , średnica zestawu wprowadzającego 8 Fr, średnica 10 mm, długości stentu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 cm, marker RTG na zestawie pozwalający na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i markery na zestawie jednoznacznie określające początek rozprężania stentu i maksymalny stopień uwolnienia po przekroczeniu którego nie jest możliwe, czas utrzymywania stentu 6- 12 miesięcy, pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odp. 1) Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Odp. 2) Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pakiet nr 3

7. Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 8, 9 i 10 Pakietu nr 3, parametry narzędzi zgodne z opisem.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pakiet nr 5

8. Czy Zamawiający w pozycji 2 pakietu nr 5 dopuści zaoferowanie pętli o długości 2400 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
9. Czy Zamawiający w pozycji 3 Pakietu nr 5 dopuści zaoferowanie pętli do resekcji zmian płaskich jednorazowej, sterylnej, wykonanej z płaskiej taśmy zakończonej plecionym drutem, średnica otwartego narzędzia minimalna 29 mm x 57 mm, maksymalna 45 mm x 43 mm, długość 2300 mm, średnica 2,6 mm.

**Odp. 8) Zamawiający wyraża zgodę.**

**Odp. 9) Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pakiet nr 7

10. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ustnika z gumką tekstylną, pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

**Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania ofert:**

**– z dnia 30.01.2018r – na 31.01.2018r godz.12:00.**

Starszy specjalista  
ds. zamówień publicznych  
WS-SP ZOZ w Zgorzelcu  
mgr Aneta Mrygoń

Starszy specjalista  
ds. zamówień publicznych  
WS-SP ZOZ w Zgorzelcu  
mgr inż. Agata Gabrielska

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy
- 2) strona internetowa
- 3) A/a

**PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA e-mail**  
**[zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl](mailto:zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl)**

Sprawę prowadzi: Aneta Mrygoń  
e-Mail: [zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl](mailto:zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl)