



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel./fax: +48 75 77 22 858
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Zgorzelec, dnia 26.02.2018r.

DZP/117/2018

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

dotyczy postępowania: II Sukcesywne dostawy: materiałów opatrunkowych, szewnych, środków do dezynfekcji do Apteki Szpitalnej

W związku z zapytaniami wykonawców dotyczącymi przedmiotowego postępowania, przedstawiam Państwu treść zapytań oraz udzielam następujących wyjaśnień i zmian treści siwz zgodnie z art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2017r., Dz.U. poz. 1579 ze zmianami):

Zapytania wykonawcy i odpowiedzi zamawiającego

Część 1

Dotyczy zadania nr 14.1 Czy Zamawiający dopuści nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian

Zamawiający dopuści nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian.

Dotyczy zadania nr 14.3 Czy Zamawiający dopuści nić o długości 70cm oraz igłę tnącą. Pozostałe parametry bez zmian.

Zamawiający dopuści nić o długości 70cm oraz igłę tnącą. Pozostałe parametry bez zmian.

Dotyczy zadania nr 15 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 6,2mm, pozostałe parametry bez zmian. Pytanie dotyczy pozycji nr 1 oraz pozycji nr 2.

Zamawiający dopuści igłę o długości 6,2mm, pozostałe parametry bez zmian - dotyczy pozycji nr 1 oraz pozycji nr 2.

Część 2

Dotyczy Pakietu nr 14, poz. 1 Czy w w/w pozycji Zamawiający dopuści szwy sterylizowane tlenkiem etylenu, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający dopuści szwy sterylizowane tlenkiem etylenu, pozostałe parametry bez zmian.

Dotyczy Pakietu nr 14, poz. 2 Czy w w/w pozycji Zamawiający nie popełnił omyłki w określeniu długości igły?

Zamawiający nie popełnił omyłki w określeniu długości igły - chodzi o igłę 4,5 mm.

Dotyczy Pakietu nr 14, poz. 3 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji materiału szewnego z kwasu glikolowego, plecionego, powlekanego polikaprolaktonem i stearynianem wapna, o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach ok. 65% i ok. 50% po 8 – 11 dniach, o okresie wchłonięcia masy szwu po ok. 42 dniach, sterylizowanego tlenkiem etylenu.

Zamawiający nie dopuści przedmiotowego materiału.

Część 3

Dotyczy Pakietu 11:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 1, 2, 5 i 6, oraz utworzenie odrębnego pakietu co umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości? Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji z pakietu.

2. Czy Zamawiający w poz. 1 i 2 dopuści do oceny chusteczki na bazie etanolu, w rozmiarze 13x19cm, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Zamawiający w poz. 1 i 2 dopuści do oceny przedmiotowej chusteczki.

3. Czy Zamawiający w poz. 1 i 2 dopuści do oceny chusteczki na bazie etanolu, w rozmiarze 18x20cm, konfekcjonowane w opakowania typu flow-pack po 48 szt., z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Zamawiający w poz. 1 i 2 dopuści do oceny przedmiotowej chusteczki.

4. Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści do oceny chusteczki suche w rolnach, wykonane z mieszanki wiskozy 70% i poliestru 30%, o gramaturze 50g/m², w rozmiarze 18x39cm, w rolnach po 256 chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Zamawiający w poz. 5 dopuści do oceny przedmiotowej chusteczki.

Część 4

1. Dotyczy pakietu nr 14, poz. 3: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie szwu chirurgicznego z igłą o długości 22 mm z zachowaniem pozostałych parametrów.

Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Dotyczy pakietu nr 15, poz. 2: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie szwu chirurgicznego z nicią o długości 38 cm z zachowaniem pozostałych parametrów.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Część 5

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:

- w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwej lub nie dostarczonej w terminie partii towaru - w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub nie dostarczenia towaru w terminie, wynikającym z zapisów § 2 oraz § 7 niniejszej umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do dnia wykonania umowy lub do dnia usunięcia wad, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego/niedostarczonego w terminie towaru;

- każdorazowo w wysokości 50,00 zł, w przypadku nie złożenia w terminie informacji, wymaganych zapisami § 2 pkt 10 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Na podstawie art. 38 ust 6 ustawy oraz 12 a ust 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający nie przedłuża termin składania ofert.

Z poważaniem


mgr Agnieszka Horodecka
Kierownik Biura
Zamówień Publicznych i Zaspokreślenia
WS-SPZ

PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA
e-mailem - zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl