



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 686 fax +48 75 77 50 173
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Numer sprawy 13/ZP/2018
DZP/230/2018

Zgorzelec, dnia 20.06.2018r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: dostawy drobnego sprzętu do zabiegów ortopedycznych - zakup oraz depozyt (z opcją kupna na potrzeby własne)

ZAPYTANIE 1 - SPROSTOWANIE:

W związku z zapytaniami od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 j.t.), odpowiada na następujące pytania:

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu 11

Czy Zamawiający dopuści sterylny, jednorazowy system, który umożliwi przetwarzanie od 26 do 360ml (do wyboru gradacja co 1ml) krwi lub szpiku przy użyciu jednego wkładu sterylnego, w zależności od użytego wariantu oprogramowania. Zapewnia sterylny, zamknięty obieg – materiał, podawany bezpośrednio do bębna separującego, automatyczną pompą infuzyjną, ze strzykawki (bez konieczność przestrzykiwania do worka). Koncentracja trombocytów w PRP, w zależności od protokołu separacji, na poziomie 10-14 razy wartość bazowa (tzn. 2,5-3,5ml płytek krwi w µl), koncentracja komórek multipotencjalnych w BMC minimum: MSC CD105+ 6,3 razy, MSC CD73+ 5,4 razy, HSC CD 133+ 5,4 razy, HSC CD34+ 5,6 razy wartość bazowa. Pozwala Operatorowi ściśle określić ilość uzyskanego PRP/MSC – od 3 do 60 ml przy tej samej wysokiej koncentracji na poziomie 10-14/5,4-6,3 razy wartość bazowa. Umożliwia prace w dwóch trybach – produkcja standardowego PRP i MSC pod kątem wysokiego zagęszczenia płytek/komórek oraz – produkcja PRP i MSC pod kątem modyfikacji poziomu erytrocytów. W skład zestawu wchodzi wszelkie elementy służące do pobrania, filtracji, przetworzenia i aplikacji szpiku kostnego, m.in. trokar manualny.

System gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności, tzn. od początku procesu separacji, czyli od momentu wprowadzenia krwi do obwodu zamkniętego, sterylnego zestawu, do końca procesu, czyli momentu zebrania się Koncentratu w gotowej do aplikacji strzykawce, nie dochodziło do konieczności ingerencji Operatora, tzn. zestaw w pełni zamknięty i automatyczny – bezpieczny. System gwarantuje pełną precyzję i dokładność separacji poszczególnych elementów (płytek krwi-czynników wzrostu), tzn. separacja dokonywana jest za pomocą elektronicznych czujników bez konieczności manualnej ingerencji Operatora, tzn. zestaw w pełni komputerowy – precyzyjny. System wraz z wirówką umożliwiającą przeprowadzenie w/w procedury.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Dotyczy Pakietu 11

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 2 – dot. Pakietu nr 3:

Czy celem uzyskania najlepszej ceny i wysokiej jakości produktu, Zamawiający dopuści do zaoferowania równoważny zestaw do separacji płytek, który jest opisany poniżej?

Zestaw do separacji płytek umożliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu płytek z własnej krwi obwodowej pacjenta (z max. 18 ml krwi nie mniej niż 3 ml koncentratu płytkowego) - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek, otrzymywanej tylko w jednym etapie wirowania a następnie aplikację otrzymanego preparatu w warunkach pola operacyjnego składający się z: pojedynczego zestawu do separacji krwi, ze specjalnym dwukomorowym separatorem z regulowanym pokrętkiem i tłokiem, trwale odcinającym odwirowane RBC od osocza, 10 ml roztworu przeciwzakrzepowego, niezbędnych strzykawek, igieł iniekcyjnych i pobraniowych, łącznika transportowego do strzykawek Combifix adapter.

Każdy zestaw posiada wklejki identyfikujące produkt - wklejane do karty pacjenta. Nieodpłatnie do potrzeb realizacji umowy, użyczana jest wysokiej jakości wirówka z rotorem horyzontalnym.

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego.

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania ofert:

– z dnia 22.06.2018r – na 25.06.2018r godz.12:00.

Zmieniony w tym zakresie SIWZ oraz ogłoszenie zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego z dopiskiem „ZMIANA_1”.



Zamawiający
Kierownik Biura
WS-SZCZ w zakresie
Agnieszka Horodeck

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy
- 2) strona internetowa
- 3) A/a

PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA e-mail
zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl

Sprawę prowadzi: Aneta Mrygoń
e-Mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl